産婦人科ご関係各位

「救トレ」の J-MELS シナリオ「硬-1」の更新手順

2026/11/16 ペンギンシステム株式会社

日頃トレーニングに弊社「救トレ」をご利用いただき、ありがとうございます。

救トレは J-MELS のために生まれた製品です。そのため、J-MELS シナリオを同梱して出荷させて頂いております。

基本的にはいわゆる「青本」収載のシナリオを収載しております。現在は 2026 年 2 月 16 日付の内容となっています。

今般「青本」発刊後の 2026 年 4 月 22 日付で「硬-1」シナリオの「急変時」「搬送前」の 2 シーンのバイタル値を変更した旨をお知らせいただきました。つきましては今後、以下のように対応させていただきたいと存じます。

1. **救トレ クラウド**

   システム側で最新の状況にしてあります。

   従来からご利用いただいている方の**更新方法については、本資料 7 ページからの「救トレ クラウドの更新手順」をご参照**ください。

2. 救トレ ポータブル（今後出荷分）

   今後出荷する救トレでは最新のシナリオを収載して出荷致します。従来ご購入品につきまして「有償バージョンアップ」をご依頼いただきました際にも機能の最新化とともに、シナリオも最新のものを収載して出荷致します。

3. **救トレ ポータブル（従来ご購入品）**

   「シナリオ編集」機能にて容易に更新可能です。**お手元にて更新ください。次ページから手順を記します。**

救トレ ポータブルの更新手順

■シナリオ硬-1 更新手順


1. トップ画面で設定→シナリオ追加・編集に進む






2. シナリオ追加・編集画面で「硬-1」シナリオを選ぶ

(標準では 21 番にあります。オリジナルを追加している場合は適宜お探しください)




シナリオ右側の鉛筆アイコンを押して下さい。以下の編集画面となります。




赤で囲んだ部分を(Ver. 2.1 2026/4/22)に変更し、「保存」を押して下さい。

(※3.0 から 2.1 に戻る形になりますが諸事情によるもので現版は 2.1 です)

3.「硬-1」シナリオの「3. 急変時」シーンを編集する




Scene の「3. 急変時」右の鉛筆を選択すると以下の画面が出ます。




ここで HR を 55、BP を 70/40、RESP(RR)を 35 に変えて「保存」を押して下さい。

数値を変更する際は、変更したい数字をクリック(タップ)すると数字キーボードが出ますので、それを使って変更ください。変更し終わったら「保存」を押して下さい。




4.「硬-1」シナリオの「4. 搬送前」シーンを編集する

同様に「4. 搬送前」右の鉛筆を選択してください。



以下の画面が出ます。



ここで HR を 40、SpO2 を 85、BP を 60/35 に変えて「保存」を押して下さい。
変更したい数字をクリック(タップ)すると数字キーボードが出ますので、それを使って変更ください。変更し終わったら「保存」を押して下さい。

以上で更新は完了です。画面左上の「戻る」からトップ画面に戻って「救トレ」をお使い下さい。


救トレ クラウドの更新手順

※救トレ クラウドを 2026 年 11 月 16 日以降に新規にお使い頂く方は以下の手順はご無用です。最新シナリオで最初からご利用いただけます。

※以前からお使い頂いている方は以下の更新手順に沿って更新ください。

■シナリオ硬-1 更新手順

救トレ クラウド マイページにログインいただき、「設定(シナリオ等)」の画面に進みます。



「設定」ボタンをクリックし、「シナリオ追加・編集」の画面に進みます。



従来からご利用いただいているユーザーで、**オリジナルのシナリオ等を追加していない方**は「デフォルト・シナリオの最新化」の**「最新化」ボタンで最新のシナリオに更新**できます。

オリジナルのシナリオ等を追加している方は**「最新化」ボタンで更新すると、**シナリオデータがリセットされるため、**オリジナルシナリオが消えてしまいますので御注意**願います。その場合はシナリオデータがリセットされないよう、3～6 ページに記載のある「救トレ ポータブル」向け手順と同様に編集更新ください。

■最新化ボタンを下掲します(オリジナルシナリオ等がある方は手動更新願います)



以上で更新は完了です。

今後も「救トレ」ご愛用のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。